

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH  
TRUNG TÂM Y TẾ  
HUYỆN VÂN CANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTYT

Vân Canh, ngày tháng 6 năm 2024

V/v gia hạn mời chào giá để  
xây dựng giá gói thầu mua  
sắm thiết bị y tế năm 2024

Kính gửi: Các công ty kinh doanh, cung cấp thiết bị y tế.

Ngày 05/6/2024 Trung tâm Y tế huyện Vân Canh phát hành Công văn số 268/TTYT về việc mời chào giá để xây dựng giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2024, tuy nhiên đến 17 giờ 00 phút ngày 17/6/2024 đối với máy xét nghiệm HbA1C Trung tâm chỉ nhận được 01 công ty gửi báo giá.

Để có cơ sở chọn nhà cung cấp đảm bảo tính cạnh tranh, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh kính mời các công ty kinh doanh, cung cấp thiết bị y tế tiếp tục tham gia chào giá đến trước 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024 (trong giờ làm việc hành chính), Đối với máy xét nghiệm HbA1C cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Trung tâm Y tế huyện Vân Canh

Địa chỉ: Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

**2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

Bà Lê Thị Xuân Thủy, Phó Trưởng Khoa Dược - Cận lâm sàng; Điện thoại: 037.9565.683

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:** trực tiếp và qua email

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Khoa Dược - Cận lâm sàng/Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh. Số điện thoại: 0256.3888.846

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** đến trước 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

**1. Danh mục thiết bị y tế báo giá.**

| STT                        | Tên thiết bị         | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
|----------------------------|----------------------|-------------|----------|------------------|
| 1                          | Máy xét nghiệm HBA1C | Máy         | 1        | Phụ lục kèm theo |
| <b>Tổng cộng: 01 khoản</b> |                      |             |          |                  |

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt:

+ Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, Địa chỉ: Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

- Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

## **2. Hồ sơ báo giá bao gồm**

2.1. Báo giá của đơn vị kèm thông tin mô tả sản phẩm (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm) do người đại diện hợp pháp của công ty ký tên, đóng dấu (giấy ủy quyền kèm theo nếu không phải do người đại diện hợp pháp ký công văn báo giá).

2.2. Kết quả trúng thầu trong vòng 12 tháng tính từ thời điểm báo giá (nếu có).

2.3. Giá niêm yết của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng (nếu có).

2.4. Giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử về kê khai giá thiết bị y tế còn hiệu lực.

2.5. Cung cấp Catalogue của thiết bị, các tài liệu kỹ thuật, các chứng nhận chất lượng và các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm, thiết bị y tế chào giá;

Lưu ý: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin trong báo giá của mình.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bà Lê Thị Xuân Thủy, Phó Trưởng Khoa Dược - Cận lâm sàng; Điện thoại: 037.9565.683

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh thông báo để các đơn vị được biết và tham gia.

Trân trọng!

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Y tế Bình Định (Báo cáo);
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT của TTYT huyện Vân Canh;
- Lưu: VT, D-CLS.

**GIÁM ĐỐC**

**Lang Đình Bính**

**Phụ lục I**  
**YÊU CẦU KỸ THUẬT**

(Kèm theo Công văn số /TTYT ngày tháng 06 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh)

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>MÁY XÉT NGHIỆM HbA1C</b>                                     |
| <b>Yêu cầu chung:</b>                                           |
| - Thiết bị mới 100%                                             |
| - Thiết bị được sản xuất năm 2023 trở về sau                    |
| - Tiêu chuẩn của thiết bị: ISO 9001/ISO 13485                   |
| <b>Yêu cầu cấu hình:</b>                                        |
| Máy chính: 01 cái                                               |
| Dây điện nguồn: 01 bộ                                           |
| Máy quét mã vạch: 01 cái                                        |
| Que test: 01 Hộp                                                |
| Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt: 01 bộ                   |
| <b>Tính năng, thông số kỹ thuật:</b>                            |
| - <b>Mẫu đo:</b> Máu toàn phần ( máu mao quản và máu tĩnh mạch) |
| - <b>Tham số đo:</b> HBA1c                                      |
| - <b>Nguyên lý đo:</b> Ái lực Boronate                          |
| - <b>Phương pháp phát hiện:</b> Huỳnh quang                     |
| - <b>Dải đo:</b> 4-15% A1c DCCT hoặc NGSP 4-15%                 |
| - <b>Tốc độ</b> ≤ 4 phút/mẫu                                    |
| - <b>Thể tích mẫu</b> ≤ 4μL                                     |
| - <b>Độ chính xác:</b> CV < 3% ở 7% A1c DCCT hoặc NGSP          |
| - <b>Điều kiện đo:</b> nhiệt độ ≤ 30°C; độ ẩm ≤ 80%             |

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <b>Bộ nhớ:</b> có thể lưu trữ $\geq 7000$ kết quả và có thể được tải về và in ra dưới dạng file văn bản.                                  |
| - <b>Máy in:</b> Tích hợp                                                                                                                   |
| - <b>Cổng đầu ra:</b> USB                                                                                                                   |
| - <b>Nguồn điện:</b> AC 100-240V $\pm$ 10% 50/60Hz                                                                                          |
| <b>Yêu cầu khác:</b>                                                                                                                        |
| - Thời gian bảo hành: $\geq 12$ tháng kể từ khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng; Bảo trì trong suốt thời gian bảo hành, định kì 06 tháng/lần. |
| - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt chạy thử, bàn giao máy tại đơn vị sử dụng .                                                         |
| -Đào tạo người sử dụng và bảo quản thiết bị (cấp giấy chứng nhận cho tất cả người sử dụng).                                                 |
| - Cam kết cung cấp các chứng từ CO, CQ đối với thiết bị nhập khẩu và một số giấy tờ khác khi chủ đầu tư yêu cầu.                            |

**Phụ lục II**  
**MẪU BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ**  
(Kèm theo Công văn số        / TTYT        ngày        tháng 6 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh)  
**Tên công ty: .....**

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh**

Chúng tôi là....., có địa chỉ tại..... Chúng tôi xin gửi tới Quý Cơ quan bản chào giá thiết bị y tế như sau:

| STT | Tên hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (*) | Số lưu hành hoặc số GPNK | Chủng loại (model) | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Đơn giá (đã bao gồm VAT) (VND) | Giá kê khai (VND) | Số lượng | Thành tiền (VND) | Mã kê khai giá (theo ND 98 2021/ND-CP ngày 08/11/2021) |
|-----|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) | (2)          | (3)                                     | (4)                      | (5)                | (6)                          | (7)                   | (8)         | (9)                            | (10)              | (11)     | (12)             | (13)                                                   |
| 1   |              |                                         |                          |                    |                              |                       |             |                                |                   |          |                  |                                                        |
| 2   |              |                                         |                          |                    |                              |                       |             |                                |                   |          |                  |                                                        |
|     |              |                                         |                          |                    |                              |                       |             |                                |                   |          |                  |                                                        |
|     |              | <b>Tổng cộng: ....khoản</b>             |                          |                    |                              |                       |             |                                |                   |          |                  |                                                        |

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ**

**\* Ghi chú:**

- *Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (\*):*

**1. Yêu cầu chung:** Yêu cầu năm sản xuất, mới 100%, tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (tối thiểu đạt ISO 13485), yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm), nguồn điện sử dụng.

**2. Yêu cầu cấu hình:** Ghi rõ hệ thống/ máy .... (tên trang thiết bị y tế) kèm phụ kiện tiêu chuẩn và nêu rõ, đầy đủ các thành phần chính cấu thành của thiết bị y tế, số lượng, đơn vị tính.

**3. Chỉ tiêu kỹ thuật:** Nêu các yêu cầu tối thiểu sau:

a) Nêu các yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ của thiết bị y tế;

b) Nêu các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật (nêu các chỉ tiêu kỹ thuật theo thứ tự đã nêu tại mục yêu cầu cấu hình của thiết bị y tế);

c) Nêu các yêu cầu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị, ngoài ra nêu các yêu cầu chi tiết của thiết bị (nếu có):

- Yêu cầu về cấu tạo: cảm biến, vật liệu chế tạo, thiết kế.
- Yêu cầu về điều khiển: Nguyên lý điều khiển (kỹ thuật số, cơ học...), phương pháp, cách thức (bằng máy tính, nút bấm trên máy, bàn điều khiển...), các chức năng điều khiển (bằng phần mềm...)
- Yêu cầu về hiển thị: Hiển thị bằng chỉ báo cơ học, bằng đèn LED, màn hình: nêu loại màn hình, kích thước, độ sáng (nếu có), độ phân giải (nếu có)...
- Yêu cầu về các chức năng an toàn, cảnh báo an toàn.
- Yêu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn.
- Yêu cầu về phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển.
- Yêu cầu về khả năng kết nối giữa các thành phần của thiết bị, kết nối với thiết bị khác.
- Yêu cầu về khả năng nâng cấp, cập nhật phần mềm, công nghệ của thiết bị.

**4. Yêu cầu khác:** Nêu các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, thời gian cung cấp, lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao, các điều kiện thương mại.

- *Bản chào giá đã bao gồm thuế và các loại chi phí khác.*

- *Địa điểm giao hàng:*

+ Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; Địa chỉ: Khu phố Thịnh Văn II, Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

- *Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày....*